

管理番号

M90557

動作確認チェックシート

検査日	2023年8月3日 (機械の仕様・規格を記入する。)				
商品名	ドライポンプ	電源・電圧	3相 200V	冷却法	水冷
型式	L70	周波数	50・60 Hz	モーター出力	2.2KW
メーカー名	エドワーズ	吸気口	ISO63	重量	210Kg
機械Ser.No	006451860	排気口	NW40		
製造年月	—	到達圧力(規格値)	3.0Pa		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・起動困難・アラーム表示等)は無いか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る。	○



到達圧力: 1.8Pa



電流値: 6.67 A

* 暖気運転60分後、再起動時の測定値です。到達圧力は規格値を満たしております。

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業時間[2.0H]

検査担当者[立野]

ユーザー名[] 出荷日 年 月 日

