

管理番号

M90562


動作確認チェックシート

検査日	2022年 12月1日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ドライポンプ	電源・電圧	3相 200V	排気速度	4200L/min
型式	AA40WNV1-E	周波数	50・60 Hz	オイル仕様	F油
メーカー名	荏原製作所	吸気フランジ	NW50	重量	240Kg
機械Ser.No	HWA0372D	排気フランジ	NW40		
製造年月	—	到達圧力	0.2Pa		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いかな。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いかな。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 到達確認	機器仕様/規格値を満たしているか。	※1○
6 確認シール	動作確認済シールを貼る。	○



* 排気口部サイレンサーは動作確認用の為。付属致しません。



※1・到達圧力: 4.5×10^{-1} Pa

・ポンプ温度: 94°C

・電流値(MP): 5.6A (BP): 0.9A

* 暖気運転60分後、再起動時の到達圧力です。

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業時間[2.5H]

検査担当者[立野]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

