

管理番号

M90578

動作確認チェックシート

検査日	2024年2月13日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	DC電源	電源電圧	3相 200~208V	寸法(WxDxH)	480x645x135
型式	RPG-50A	周波数	50/60Hz	重量	25kg
メーカー名	ENI	最大出力電力	5kw		
機械Ser.No	159				
製造年月	1999.6				

	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

○外観確認。

・問題無し。



○通電確認

・3相200Vで確認…問題無し。



○SAFETY LOCK解除

・背面インターロック短絡



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業時間[1.5 H]

検査担当者[山下]

ユーザー名[]

出荷日 年 月 日

