

管理番号

M90584

動作確認チェックシート

検査日	2023年9月7日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	DC電源	電源電圧	3相 180~250V	寸法(WxDxH)	430x525x150
型式	FX060-50	周波数	50/60Hz	重量	24kg
メーカー名	高砂製作所	出力電圧	0~60V		
機械Ser.No	2000916	出力電流	0~50A		
製造年月	-	最大出力電力	3000W		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

○外観確認。



○動作確認 社内測定器 直流電子負荷装置 菊水 PLZ664WAにて確認。

※直流電子負荷装置が150V-600Wまでの仕様の為150V-600Wまでの確認。

・CC動作

50A 0~10Vにて電流値の変動を確認。

・CV動作

60V 0~10Aにて電圧値の変動を確認。



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK)

作業時間[2 H]

検査担当者[山下]

ユーザー名[]

出荷日 年 月 日

天野