

管理番号

M90612

動作確認チェックシート

検査日	2022年 12月 16日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	防爆冷蔵庫	電源電圧	1相 100V	冷媒	R-134a(440g)
型式	EP-522	周波数	50/60 Hz	扉	左開き
メーカー名	日本フリーザー	庫内制御温度	-20~5°C	内寸	W700 D625 H1190
機械Ser.No	522080150	消費電力	245/280w	外寸	W800 D900 H1800
製造年月	2008年 12月	内容積	約520L	重量	210 Kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

動作確認環境(室温18°C 湿度15%RH)

・外観 扉等にサビ有り



・動作確認

温度設定:-20°C



庫内温度 約3°Cから 約3h後 -20°Cまで冷却 確認



運転開始時



運転開始から約3h後



扉等サビ有り

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[4H]

検査担当者[Tokunaga]

ユーザー名[]

出荷日 年 月 日

