

管理番号

M90669


断線確認チェックシート

検査日	2025年12月19日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	油拡散ポンプ	排気速度	34000L/sec	吸気口	VG900
型式	PFL-36	到達圧力	3.0×10^{-4} Pa	排気口	VG250
メーカー名	ULVAC	臨界背力	6.7Pa	入力	3φ 380V
機械Ser.No	1-00545	油量	13L		
製造年月	—	水温	19~25°C		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	※1
3 SW設定	SWの機能は正常か。	—
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。)

※1ヒーター断線確認致しました。



本体



·Main Heater



·Sub Heater

* 確認の為、色識別しました。

取扱説明書(無) * 各ヒーター部の導通確認を実施しヒーターに断線無き事を確認しました。(別紙添付)

SHIRASAGI入力	(備考欄コメント)	[責任者]
動作(OK)	作業工数 [3H]	
検査担当者[立野]	中 野
ユーザー名【	】	出荷日 年 月 日