


M90714

通電確認チェックシート

検査日	2025年1月21日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	TMP POWER UNIT	電源・電圧	単相 200～240V	軸受方式	磁気軸受式
型式	EI-D1303M	周波数	50 / 60 Hz	回転数	35000rpm
メーカー名	島津製作所	吸気フランジ	—	重量	8Kg
機械Ser,No	NKD246	排気フランジ	—		
製造年月	2007年	冷却法	空冷(FAN付)		

	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いかな。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いかな。	○
3	SW設定	SWの機能は正常かな。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	到達圧力	機器の仕様/規格を満たしているかな。	○
6	確認シール	動作確認済シールを貼る。	○



・センサーケーブル未接続の為、通電確認時にERROR/ALARM表示画面となっています。

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

[illegible]

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

通電確認(OK) 作業時間 [0.5 H]

検査担当者「立野」

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

