

動作確認チェックシート

検査日	2022年12月26日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	パイオフリーザー(ノンフロン)	電源電圧	AC100V3.0/2.5A	固定棚6段/引出し14個	
型式	GS-5210HC	周波数	(50 / 60)Hz	外寸w、d、h	750x750x1725
メーカー名	日本フリーザー	定格消費電力	140W	内容積	513L
機械Ser.No	854372735	冷媒	R600a(90g)	重量	99kg
製造年月	2021	冷却能力	-14~-28℃	鍵付き(2個)	

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 内部、外部共に10℃でSW、ON、約2時間47分で-28℃確認(設定温度-30℃)



取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者
2023.10.17	再動作OK。	早川

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

