

動作確認チェックシート

検査日	2023年10月25日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ホットスターラー	電源電圧	100v		
型式	PC-220	周波数	60Hz		
メーカー名	コーニング	大きさ(WxDxH)	W147 D185 H112		
機械Ser.No	361100143927				
製造年月	—				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	△注1
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	△注1
3 SW設定	SWの機能は正常か。	△
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・スターラーとしての動作は問題なし。

注1 ・ホットプレートが加熱しない。制御部の故障。



回転数MAXで設定稼働



ヒーターのランプが付かない

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(スターラとしてOK) 作業工数[0.5H]

検査担当者[石倉]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

