

MA0393

## 動作確認チェックシート

|            |                      |                  |               |       |                |
|------------|----------------------|------------------|---------------|-------|----------------|
| 検査日        | 2025年 6月 12日         | (機械の仕様・規格を記入する。) |               |       |                |
| 商品名        | 照度計                  | 電源電圧             | DC 単3電池×2本    | 測定範囲  | 0.01~999.000LX |
| 製造年月       | 2019年                | 型名               | 51021         | 確度    | ±2%/±3%        |
| メーカー名      | 横河計測                 | 質量               | 205g          | 測定レンジ | 手動/オートレンジ      |
| 表示器寸法      | 幅67mm×高さ177mm×奥行38mm | 受光素子             | シリアルNo.190028 | 付属品   | ソフトケース         |
| 表示部シリアルNo. | 190028               |                  | シリコンフォトセル     |       |                |

| チェック項目      | 主な確認内容                                 | チェック(○×) |
|-------------|----------------------------------------|----------|
| 1 外観        | 筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。   | ○        |
| 2 起動動作      | POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。 | ○        |
| 3 SW設定・計測   | SWの機能及び、測定が可能か。                        | ○        |
| 4 保管・出荷準備   | 水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。          | ○        |
| 5 確認シール     | 動作確認済シールを貼る                            | ○        |
| 6 データバックアップ | PLC(済・未対象・NG) TP(済・未対象・NG) BT交換(済・未)   |          |

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1、外観及び各スイッチ・表示の確認。→概観問題なし。各スイッチ・表示の動作問題なし。

2、社内在庫品光源による、他測定器との照度定比較確認。→測定動作は問題なし。その他(通信機能は未確認)。

## 参考比較測定データ

| 照度比較測定結果                                       |       |                            |         |         |         |
|------------------------------------------------|-------|----------------------------|---------|---------|---------|
| 照度計                                            | 室内机の上 | ASK管理No.N30094 ファイバーライトを使用 |         |         | 備考      |
|                                                |       | LOW                        | MED     | HIGH    |         |
| 動作確認対象品<br>横河計測製<br>ASKNo.MA0393<br>51021      | 755LX | 15100LX                    | 26300LX | 41300LX | (校正は必要) |
| 社内比較品測定器<br>CUSTOM製<br>ASKNo.F41991<br>LX-1334 | 744LX | 15300LX                    | 26300LX | 41600LX | (未校正品)  |

## 動作確認



取扱説明書(有)

## 修理・改造履歴

| 年月日 | 修理・改造記録 | 作業者 |
|-----|---------|-----|
|     |         |     |

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 3H ]

検査担当者[ 小林(克) ]

ユーザー名【

】出荷日 年 月 日

早川

ASK INDEX