

管理番号

MA0408

## 動作確認チェックシート

検査日	2023年 10月 4日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ホットプレート	電源	AC100V	重量	3.9kg
型式	SLK1	電源周波数	50/60Hz		
メーカー名	アズワン	温度設定範囲	～約500℃		
機械Ser.No	00900792	プレート寸法	280×280mm		
製造年月	2011年	寸法	W295 D390 H110mm		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

◎SW類 ○電源SW ON/OFF、△/▽スイッチ 確認OK


◎表示類 ○ディスプレイ表示(0～9) 確認 OK

◎動作 ○温度設定(H、0～9)表示確認 OK

○最高到達温度到達確認(約500℃) 確認 OK

設定温度 約500℃に対し測定した温度が491.3℃まで上昇。

測定温度 491.3℃



取扱説明書(有)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
Shirasagi入力	(備考欄コメント)	[責任者]
動作(OK) 作業工数[2.5H]		
検査担当者 [ 小俣 ]		中野
ユーザー名【 ]	出荷日 年 月 日	