

MA0459

## 動作確認チェックシート


検査日	2024年4月5日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	UVランプ(ハンディタイプ)	電源電圧	AC100V 5	外寸	W71 D53 H198
型式	UVGL-25	周波数	50/60Hz		
メーカー名	フナコシ	波長	254nm		
機械Ser.No	-		365nm		
製造年月	-				

チェック項目	主な確認内容	チェック (○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	—

## 備考(動作確認内容・不具合内容等)

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- ・動作確認 OK
- ・波長 254nm、365nm照射確認 受光器とランプ距離 約50mm  
紫外線強度計 UV-M03A 受光器 ①UV-25(240~27nm) ②UV-35(310~385nm)



254nm照射：1.587mW/cm2



365nm照射：1.536mW/cm2

取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

動作(OK)	作業工数[1Hr]	(備考欄コメント)	[責任者]
検査担当者[	中野 ]		中野
ユーザー名【	】出荷日	年 月 日	