

動作確認チェックシート

検査日	2022年11月30日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ロータリー真空ポンプ	電源電圧	AC100V	オイル量	2. 0L
型式	P165D	周波数	(50 / 60)Hz		
メーカー名	佐藤真空	排気速度	165/200/min		
機械Ser.No	1504107	到達圧力	0. 067Pa		
製造年月		モーター出力	400W		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1 3Pa以下の圧力にならない。

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(NG) 作業工数[2 H]

ハキ対象品

検査担当者[上田]



ユーザー名【 】出荷日 年 月 日