

動作確認チェックシート

検査日	2023年 9月 15日	(機械の仕様・規格を記入する。)	
商品名	コロナ表面処理装置	電源	AC200v 30A
型式	K1612T-323	装置サイズ	2000x1350x1500
メーカー	春日電機	ワークサイズ	650x700
製造年	2017 3		
製造番号	101816		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

電機接続して立ち上げ、原点出しOK、手動及び自動動作問題なし。放電も確認、条件変更もOK。



操作説明書(無し)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SIHRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[5H]

検査担当者[横内]

ユーザー名 [

] 出荷日

年

月

日

