

MC0282

動作確認チェックシート

検査日	2025年1月23日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	恒温槽	電源電圧	3相 AC 200V	内寸(mm)	W700 D700 H950
型式	FL420N	周波数	50/60Hz	外寸(mm)	W980 D1290 H1853
メーカー名	エタック楠本化成	温度範囲	−40℃～100℃	重量	368kg
機械Ser.No	111411016	冷媒	R404A		
製造年月	2014年				

	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	温度調節機能	使用温度範囲の調節が出来るか。(定置運転)	○
5	保管・出荷準備	ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
6	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。


動作確認環境(室温20.5℃ 湿度32.5%)

・動作


昇温:20.0℃から使用最高(150℃)到達まで 28分

冷却:20.4℃から使用最低(−40℃)到達まで 41分


・外観




昇温



昇温運転開始前




運転開始から28分後




時間制御確認済

冷却



冷却運転開始前



運転開始から41分後

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]


動作(OK)

作業時間[3 H]

検査担当者[山下]

出荷日 年 月 日

ユーザー名[]



ASK INDEX