

動作確認チェックシート


検査日	2023年 6月 13日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	マイクロクラッチテスター	電源電圧	単相100V,3系統	
型式	Revetest-RST	周波数	50/60Hz	
メーカー名	ナノテック株式会社	大きさ(W×D×H)	340×500×710mm	
機械Ser.No	27-500	付属対物レンズ	E Plan 5x, 20x	
製造年月	不明			

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスト・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- (1)①モニタ ②圧子チップ ③電源ケーブル3本 ④モータコントローラ(CALOTEST)の接続配線 は付属なし。
(2)本体から出ている配線2本の接続先不明
- 弊社在庫のLCDを取付け、パソコンを起動させたがモニタ表示なし。本体のジョイスティックでの動作も不可。

欠品多。パソコンを起動させても動作しない。



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力 (備考欄コメント) [責任者]

動作(NG) 作業工数[1.5H]

検査担当者[野沢]

