

N10669

# 動作確認チェックシート

検査日	2024年3月12日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	振とう機	電源	AC100V		
型式	NR-80	周波数	50/60Hz		
メーカー名	タイテック	外形寸法	W455 D405 H170		
機械Ser.No	5010952				
製造年月	—				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・スイッチ等に著しいキズ・破損不良はないか。	△注1
2 起動動作	POWER ON時に異常はないか。動作不良がないか	○
3 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
4 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

### 備考(動作確認内容・不具合内容等)

- ・動作確認(往復、旋回、8の字)、経過時間 OK

注1 ・固定ノブが、右側が付いていない。



8の字稼働



往復稼働



旋回稼働



ほぼMAX. 値



ほぼMIN. 値




経過時間 : 0.1Hr

※MIN. 値は、“0”値になります。

稼働しない



左側 固定ノブあり



右側 固定ノブなし

取扱説明書(無し)

### 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

Shirasagi入力	(備考欄コメント)	[責任者]
動作( OK ) 作業工数[ 1 H ]		
検査担当者 [ 中野 ]		中野
ユーザー名【	】出荷日 年 月 日	