

管理番号

N10812

## 通電確認チェックシート

検査日	2025年 5月 28日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	RF電源	電源電圧	単相 200V	
型式	AX-600Ⅲ-N-E1	周波数	50/60Hz	
メーカー名	アドテック	出力	出力600W	
機械Ser.No	126000051	重量	29kg	
製造年月	不明	外寸	W430D550H135	

	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

○外観確認 ・異常 無し



○通電確認 ・ 単相200Vにて通電を確認 異常なし



※アドテック 専用の通電ケーブルにて実施

取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 1.0 ]

検査担当者[ 永松 ]

ユーザー名[ ]

出荷日 年 月 日