

管理番号

N10819

# 通電確認チェックシート

検査日	2023年12月15日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	RF電源	電源電圧	3相 200V	寸法(WxDxH)	580x600x300
型式	PRF-065C	周波数	50/60Hz	重量	35kg
メーカー名	高砂製作所	出力	600W 13.560MHz		
機械Ser.No	HH997036				
製造年月	2001				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

**備考(動作確認内容・不具合内容等)** 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

○外観確認。

・問題無し。



○通電確認

・三相200Vで確認…問題無し。



取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作( OK ) 作業時間[ 0.5 H ]

検査担当者[ 山下 ]

ユーザー名【                    】

出荷日 年 月 日

