



管理番号




N10880

# 動作確認チェックシート



検査日	2023年3月15日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ゲートバルブ	バルブボディ材質	ステンレススチール		
型式	14040-CE24-006/0036	フランジ	ICF 152		
メーカー名	VAT	外寸	W190 D370 H180		
機械Ser.No	A-870359	重量	14Kg		
製造年月	-				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2 動作	手動ハンドルはスムーズに動作するか。	○
3 バルブの開閉	バルブ機能は正常に開閉するか。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る。	○

・ エア一圧: 0.2MPaにて  
OPEN/CLOSED確認

取扱説明書(無)      \* 異常等無くスムーズに開閉する事を確認しました。

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力	(備考欄コメント)	[責任者]
動作 ( OK )	作業時間 [ 1.5H ]	
検査担当者 [ 立野 ]		
ユーザー名 [                      ]	出荷日                      年   月   日	