


N10925

動作確認チェックシート

検査日	2025年5月8日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ゲートバルブ	バルブボディ材質	アルミニウム		
型式	02110-BA24-ARR2	フランジ(角型)	W325 D145		
メーカー名	VAT	外寸	W440 D410 H70		
機械Ser.No	0882	重量	13.2Kg		
製造年月	—				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2 動作	手動ハンドルはスムーズに動作するか。	○
3 バルブの開閉	バルブ機能は正常に開閉するか。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る。	○





取扱説明書(無) * 異常等無くスムーズに開閉する事を確認しました。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作 (OK) 作業時間 [1.5H]

検査担当者 [立野]



ユーザー名【 】 出荷日 年 月 日