

管理番号

N11117

動作確認チェックシート

検査日	2023年 6月 3日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	DC電源	電源電圧	AC 単相 100/120/220/230V	出力パワー	
型式	GPD-4303S	周波数	50/60Hz	CH1	30V/3A
メーカー名	テクシオ	冷却方式	空冷	CH2	30V/3A
Ser.No	GES919304	モード	直列トラッキング 最大60V出力可	CH3	5V/3A,10V/1A
製造年月				CH4	5V/1A

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

○外観、モニター表示確認

・問題なし

○動作確認

・各SW類の動作問題なし。



・出力テスト【社内 電子負荷装置 菊水 PLZ664WAを使用して確認。】

CCモード動作確認。			CVモード動作確認。		
	電圧	電流		電圧	電流
CH1	0~30V	1A/2A/3A	CH1	10/20/30V	0~3A
CH2	0~30V	1A/2A/3A	CH2	10/20/30V	0~3A
CH3	0~5V/0~10V	1A/2A/3A	CH3	1/5/10V	0~3A/0~1A
CH4	0~5V	1A	CH4	1/3/5V	0~1A
ドラッキングモード	0~60V	1A/2A/3A	ドラッキングモード	60V	0~3A

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考コメント)

(責任者)

動作確認(OK)

作業工数【 6 】 H

検査担当者(

大川内

)

ユーザー名【

出荷日

年

月

日

