

管理番号

N11128

動作確認チェックシート

検査日	2025年4月21日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	温度コントローラー	電源電圧	1相 100V	センサー	K熱電対
型式	SBX-303-004-OP	周波数	50/60 Hz	設定温度範囲	0~400℃
メーカー名	坂口電熱	入/出力方法	裏面端子台接続	外寸	W130D180H85
機械Ser.No	13-JN	出力方式	SSR	重量	1.2 Kg
製造年月	年 月				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観 …異常無し



・動作確認

温度センサー(K熱電対)及び社内治具(プレート)を接続し確認実施

設定温度: 50℃/80℃

測定器: 社内測定器(testo925)使用



・通電確認

温度表示画面 異常無し



設定温度: 50℃

表示温度: 49℃

社内測定器: 50.8℃

設定温度: 80℃

表示温度: 80℃

社内測定器: 80.2℃

昇温開始時(出力ランプ点灯)

設定温度到達(出力ランプ消灯)

温度保持(出力ランプ点滅)



出力ランプ(OUT)

取扱説明書(無)

温度コントロール確認

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2h]

検査担当者[Tokunaga]

ユーザー名[]

出荷日 年 月 日

