

N11198

動作確認チェックシート

検査日	2025年 4月 7日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	DC電源	電源電圧	単相 100 V	重量	6.6 kg
型式	PA600-0.1B	周波数	50/60Hz		
メーカー名	テクシオ	出力電圧	0V-600V		
機械Ser.No	GJS850133	電流	0mA-100mA		
製造年月	不明	外寸	W102 D370 H130		

	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6	データバックアップ	PLC (未対象) TP (未対象) BT交換 (未対象)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。



CC動作 電流の確認 ・異常なし



CV動作 電圧 50V 100V 150V 設定



・電圧の最大設定が600V

測定結果 異常なし

テスターにて測定し600Vまで出来る事を確認

※直流電子負荷装置が150Vまでの仕様の為150Vまでの確認。

取扱説明書( 無 )

※ 出力測定 PLZ664WA (電子負荷装置使用) Max750W

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作( OK )

作業工数 [ 1h ]

検査担当者[ 永松 ]

ユーザー名【

】

出荷日

年

月

日

