

管理番号

N11205

動作確認チェックシート

検査日	2023年4月6日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	直流安定化電源	電源	単相	出力電圧	0V~600V
型式	PA600-0.1B		100 V/120V200V/220V	出力電流	0mA~100mA
メーカー名	TEXIO	周波数	50/60Hz		
Ser,No	GJT860335				
製造年月				重量	約7kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。)

○外観、モニター表示確認

・問題なし



○動作確認 社内計測器 直流電子負荷装置 菊水 PLZ664WAIにて確認。

※直流電子負荷装置が150Vまでの仕様の為150Vまでの確認。

・CC動作

100mA 0V~150Vにて電流値の変動を確認

・CV動作

150V 0mA~100mAにて電圧値の変動を確認。



・電圧の設定が600Vまでできることを確認。



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力	(備考コメント)	(責任者)
動作確認(OK)	作業工数【 2 】 H	
検査担当者(大川内)	
ユーザー名【	出荷日 年 月 日	