管理番号

N11523

動作確認チェックシート

検査日	2023年2月2日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	ロータリー真空ポンプ	電源電圧	AC200～230/240V	重量	30Kg
型式	DUO10M	周波数	（50 / 60）Hz		
メーカー名	ファイファー	到達圧力	MAXO. 5Pa		
機械Ser,No	21042577	排気速度	12㎥/h		
製造年月		オイル（P3）	1L(鉱物油)		

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6			
7			

備考（動作確認内容・不具合内容等）　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1　弊社真空計接続、0.26Pa以下確認、、1h連続運転。

ミストトラップ、サイレンサー付き



取扱説明書（無）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録 ・再動作	作業者

File Maker入力　　（備考欄コメント）　　[責任者]

動作（OK）　作業工数[1．5 H]

検査担当者[　　上田　　]

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日