

動作確認チェックシート

検査日	2023年4月18日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	バイオハザードセフティキャビネット	電源電圧	AC100V	重量	216Kg
型式	AC2-3N7	周波数	(50 / 60)Hz	殺菌灯	15Wx1
メーカー名	ESCO	外寸wxdxh	1049x810x1980	照明	特殊39W
機械Ser.No	2017-125114	ワークエリア	915x580x660	清浄度	ワークエリア
製造年月	2017	排気風量	354m ³ /h		(ISOクラス3)

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

弊社パーティクルカウンターで1分5回測定、0.3μm平均、0.4個、0.5μm0個であった、殺菌灯、照明点灯、操作部、コンセント問題無し。

平均インフロー風速0.55m/s ダウンフロー0.31m/sフィルター使用残99%(時間)



吸引流量2.83L/min



取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1.5 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

