

動作確認チェックシート

検査日	2023年3月1日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	卓上クリーンベンチ	電源電圧	AC100V	蛍光灯	15W
型式	CT-900UVAD	周波数	(50 / 60)Hz		
メーカー名	アズワン	外寸wxdxh	900x502x811(扉閉)		
機械Ser,No	Lot,No,1574928	ファン能力	約1 m ³ /minx2台		
製造年月		殺菌灯	15W型		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 殺菌灯、蛍光灯点灯、そのままでは、開口部風速測定出来ないのので、開口部340x800に狭めて風速測定、1.2m/sec確認、計算上風量、0.34x0.08x1.2x60=約1.96m³/min、作業台にパーティクルカウンター置き、1分5回測定、平均0.3 μm、4,5個、0.5 μm、0個であった。

パーティクルカウンター処理流量2.83L/min

開口部340x80



取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

