

動作確認チェックシート

2023年6月8日

検査日	2022年11月14日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	マグネチックスターラー	電源電圧	AC100V	
型式	KSS-12	周波数	(50 / 60)Hz	
メーカー名	アズワン	回転数	100~1700rpm	
機械Ser.No	Lot,No, MFU221013-242	攪拌容量	~500mLx12	
製造年月		スターラー	12連	

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	×
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 水500mL入れた容器、回転数MAXでスターラー11か所問題無く回転、攪拌子φ8x30mm。
- 2番スターラー回転しない(回転しても回転数上がらない)。

2番回転しない。



回転数MAX、11か所問題無く回転



取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

File-Maker入力 5711 A.A.S.A.G.1

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(NG) 作業工数[1 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

