管理番号

N20264

動作確認チェックシート

検査日	2023年7月3日
商品名	遠心機
型式	CN-810
メーカー名	アズワン
機械Ser,No	051414
製造年月	

（機械の仕様・規格を記入する。）

電源電圧	AC100V	タイマー	0～30分
周波数	(50 / 60)Hz	重量	8kg
MAX遠心力	1.050/1.430G		
回転数	3000/3500rpm		
外寸wxdxh	290x320x245		

	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6			
7			

備考(動作確認内容・不具合内容等)　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1　回転、タイマー問題無し。

タイマー、SW

ローター、チューブホルダー

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録 ・再動作	作業者

SHIRASAGI入力　　(備考欄コメント)　　[責任者]

動作(OK)　作業工数[1 H]

検査担当者[　　上田　　]

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日