

# 動作確認チェックシート

検査日	2023年 7月 4日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ケミカルポンプ	モータ電源	単相AC100-110V	重量	約6.2kg
型式	BX20-PCF-H110	電源周波数	50/60HZ	最大吐出量	340/410ml/min
メーカー名	日機装エイコー(株)	機械Ser.No	2912270357.6	最大吐出圧力	1.05MPa
外寸	W300×D200×H300	取扱液粘性	50mPa・s	吐出量/圧力はサイホン阻止弁通過時	

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1、外観確認。→問題なし。(ダイヤフラム部目視確認問題なし。)
  - 2、ポンプ動作確認実施。→動作問題なし。(但し、純水での動作の為、指定液粘度がないので、押し込み配管方式にて確認。)
- ★ ストローク調整を50/100%変化させ液量の変化があるか確認。

## 動作確認

取扱説明書(有)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力 動作(OK) 作業工数[ 3.5H] 検査担当者[ 小林 克 ] ユーザー名[	(備考欄コメント)	[責任者]
	】出荷日 年 月 日	