

動作確認チェックシート

検査日	2025年5月7日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	デジタルマイクロメータ (外側マイクロメータ)	電源	ボタン電池 SR44SW		
型式	PMU150-25MX	測定範囲	0—25mm		
メーカー名	(株)ミットヨ	最小読取値	0.001mm		
機械Ser,No	66633530				
製造年月	—				

	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6	データバックアップ	PLC (済・未対象・NG) TP (済・未対象・NG) BT交換 (済・未)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1.外観⇒問題なし。

2.電池投入⇒問題なし。

3.ゲージブロック(20,1.5mm)測定⇒問題なし。



電池投入



ゲージブロック:20mm



ゲージブロック:1.5mm



ゲージブロック:20mm

測定値 (デジタル)



ゲージブロック:20mm

測定値 (アナログ)



ゲージブロック:1.5mm

測定値 (デジタル)



ゲージブロック:1.5mm

測定値 (アナログ)

取扱説明書:有

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作:OK

作業工数 [1.0 hr]

検査担当者[雨宮]

ユーザー名【 】

出荷日 年 月 日

