

(管理番号)

N20564

入力

責任者

検査担当者

川上

坂野

## メカニカルブースターポンプ動作確認チェックシート

検査日	2023年 4月 10日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	メカニカルブースターポンプ	電源電圧	3相 200V	冷却法	空冷
型式	MB-100	周波数	50・60Hz		
メーカー名	島津製作所	吸気フランジ	NW-50		
機械Ser.No	B159504F	排気フランジ	NW-40		
製造年月		使用オイル	R-4		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1. 到達圧力  $6.8 \times 10^{-1}$  Pa
2. モーター電流 3.16A
3. 異音、オイル漏れ等特に異常無 良品と判断します。FOR PUMP DIS501

※真空破壊弁は、チェックしていない。



取扱説明書(無)

### 修理・改造履歴

年月日	修理・改造	作業者

入力 (備考欄コメント)

動作(OK) 工数[ 2.0 H ]