

# 動作確認チェックシート

検査日	2019年3月1日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	トルクメーター(キャプテスター)			
型式	2-0T			
メーカー名	東日	寸法w、d、h	210x380x125	
機械Ser.No	0431T	質量	6.8kg	
製造年月		トルク範囲	30kgfcm(最大)	

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	<del>○</del>
3 SW設定	SWの機能は正常か。	<del>○</del>
4 絶縁抵抗	ライン、匡体間 (テストで確認。…メガΩテスト使用の場合は部品破損注意)	
5 消費電流	クランプで実測。	
6 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
7 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- トルクレンチをテスターに固定し左右回転させ確認、テスター30kgf/cmでレンチ3.00N確認。



取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力	(備考欄コメント)	[責任者]
動作(OK) 作業工数[ 1.5 H]		
検査担当者[ 上田 ]		
ユーザー名[ ] 出荷日 年 月 日		