

**TBBE87**

# 動作確認チェックシート

検査日	2017年 9 月 15 日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	特殊材料ガス検知器	電源	DC6V		
型式	SC-90				
メーカー名	理研計器(株)				
機械Ser.No	449010001				
製造年月	1994年4月				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1.電源投入確認⇒問題なし(電源投入時自己チェック機能動作)

【動作チェック】

2.内部ポンプ動作確認⇒問題なし(擬似ガスでの確認はできない為ポンプの駆動による振動にて確認)

【電源SW投入後のフロー】



取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 0.5 H ]・電源用単2乾電池(4本)は入っていません

検査担当者[ 雨宮(耕) ]

ユーザー名[ ]出荷日 年 月 日

