管理番号

N20793

動作確認チェックシート

検査日	2023年3月13日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	ブロック恒温槽	電源電圧	AC100V2A	マイクロチューブブロック	
型式	DTU-Neo	周波数	（50 / 60）Hz	B-1120B 2個	
メーカー名	タイテック	設定温度範囲	室温+3～105℃		
機械Ser,No	70900364	外寸wxdxh	210x268x175		
製造年月		質量	4Kg		

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6			
7			

備考（動作確認内容・不具合内容等）　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1　室温19℃、槽内温度18℃設定温度105℃起動、約42分で105℃到達、設定温度25℃に設定
約51分で25℃確認、プログラム設定等問題なし(B-1120B 2個使用)。

105℃

25℃

プログラム運転

取扱説明書（有）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録 ・再動作	作業者

File Maker入力　　（備考欄コメント）　　[責任者]

動作（OK）　作業工数[1．5 H]

検査担当者[　　上田　　]

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日