

# 動作確認チェックシート

検査日	2023年3月13日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	ブロック恒温槽	電源電圧	AC100V2A	マイクロチューブブロック
型式	DTU-Neo	周波数	(50 / 60)Hz	B-1120B\2個
メーカー名	タイテック	設定温度範囲	室温+3~105℃	
機械Ser.No	70900363	外寸wxdxh	210x268x175	
製造年月		質量	4Kg	

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 室温19℃、槽内温度18℃設定温度105℃起動、約42分で105℃到達、設定温度25℃に設定約51分で25℃確認、プログラム設定等問題なし(B-1120B\2個使用)。

105℃

25℃

プログラム運転



取扱説明書(有)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 1.5 H]

検査担当者[ 上田 ]

ユーザー名[ ]出荷日 年 月 日

