

動作確認チェックシート

検査日	2023年 10月 5日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	コールドライト	電源電圧	単相 AC100V	外寸	W111 D220 H115mm
型式	MHF-D100LR	電源周波数	50/60Hz	重量	2.5kg
メーカー名	モリテックス	出力	100W		
機械Ser.No	S248-29964	ランプ定格	LM-100		
製造年月	-				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
4 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)

◎動作確認 ○電源SW ON/OFF確認 OK

○ボリューム調整確認 OK

○出力(照射)確認 OK



取扱説明書(無し)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

Shirasagi入力 動作(OK) 作業工数[0.5 H] 検査担当者 [小俣] ユーザー名【	(備考欄コメント) 】出荷日 年 月 日	[責任者] 中野
---	-------------------------	-------------