管理番号

N20892

動作確認チェックシート

検査日	2026年2月24日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	恒温水槽	電源電圧	AC100V		
型式	BH-401	周波数	（50 ／ 60）Hz		
メーカー名	ヤマト科学	温度範囲	室温＋15-100℃		
機械Ser,No	5700129				
製造年月					

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6			
7			

備考（動作確認内容・不具合内容等）　　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1　タンクに水入れて、水温18.5℃、設定温度80℃、約53分で80℃確認。

2　対流確認、過昇防止装置問題無し。

3　タイマー機能、プログラム等問題無し。

4　熱媒体水なのでMAX80℃で動作。

対流確認。

過昇防止装置問題無し。

取扱説明書（弊社PDF有）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録　・再動作	作業者

SHIRASAGI入力　　（備考欄コメント）　　［責任者］

動作（OK）　　作業工数［ 2.5 H］

検査担当者［　　上田　　］

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日