

(管理番号)

N20898

入力

責任者

検査担当者

中野

坂野

ロータリーポンプ動作確認チェックシート

検査日	2023年 10月 11日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ロータリーポンプ	電源電圧	3相 200~400V	冷却法	空冷
型式	S25B	周波数	50・60Hz	排気速度	416ℓ/min
メーカー名	ライポルト	吸気フランジ	NW-25		
機械Ser.No	1027527	排気フランジ	NW-25		
製造年月		使用オイル			

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 到達確認	機器仕様/規格を満たしているか。※1	○
6 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1. 到達圧力 $3.9 \times 10^{+0}$ Pa
2. モーター電流 2.66A
3. 異音、オイル漏れ等特に異常無 良品と判断します。電源は、200V仕様にセットして有ります。



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造	作業者

File Maker入力 (備考欄コメント)
動作(OK) 工数[2.0 H]

※1規格値内で使用の場合は、O/Hが必要です。