

動作確認チェックシート

検査日	2023年6月29日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	バックライト	電源	AC100V		
型式	PSBL4000	周波数	50/60Hz		
メーカー名	Ace Corporation	外径寸法	W365xD312xH70mm		
機械Ser.No	—				
製造年月	—				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1.外観⇒問題なし。
- 2.通電点灯状態⇒問題なし。



取扱説明書:無

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作:OK 作業工数[1.0 hr]

検査担当者[雨宮]

