

## 動作確認チェックシート

検査日	2024年 8月 21日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	コールドライト	電源電圧	単相100V, 125VA	ライト形状	φ18mmリング
型式	MHF-V501	周波数	50/60Hz		
メーカー名	(株)モリテックス	大きさ(W×D×H)	70×240×118mm		
機械Ser.No	547-06940	ライト部長さ (レンズ部含む)	約1600mm		
製造年月	不明	ランプ	12V, 50W		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- ライトコントロール問題なし。
- ライトコントロールMAX状態で20分間運転、問題なし。
- 照度計でライトから約30cm離れた位置を測定。  
目盛MAX時: 598 lx 目盛中間時: 127Lx  
目盛MIN時: 発光無し=バックグラウンド 68 lx  
(照度計: CUSTOM製 LX-1334)



照明部のライト形状

取扱説明書(有)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 0.8H]  
検査担当者[ 野沢 ]

