

管理番号

L60070

動作確認チェックシート

検査日	2021年 7月 16日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ACmΩハイテスタ	電源電圧	単相 100~240V 30VA	電圧測定レンジ	DC 5V, 50V
型式	3560	周波数	50 / 60 Hz		
メーカー名	HIOKI	4端子抵抗測定	0~1KΩ		
機械Ser.No	020707523	サンプルレート	F, M, S		
製造年月	年 月	コンパレート機能	有	インターフェース	RS-232C

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	-
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- ◎ SW類 ○ 電源SW, Ω/Ω.V, AUTO, UP, DOWN, 5/50V, HOLD, 0ADJ
VIEW, COMP, COMP no, SHIFT, ENTER, +, -, =>, <=> 確認
- ◎ 表示類 ○ 抵抗値, 電圧値, コンパレータ値, 制御項目表示 確認
- ◎ 動作 ① 抵抗測定 (標準抵抗, DECADE 抵抗ボックス)使用



1 mΩ

10mΩ

100Ω

1 kΩ

② コンパレータ機能確認 正常

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[5H]
 検査担当者[佐藤]
 ユーザー名[]
 出荷日 年 月 日

プローブは付属しません。

