

動作確認チェックシート

| | | | |
|------|---------------|------------------|---------|
| 検査日 | 2023年 10月 11日 | (機械の仕様・規格を記入する。) | |
| 商品名 | オリフィスコントローラー | 電源 | AC100v |
| 型式 | CMS-301 | 付属 | CMS-349 |
| メーカー | アネルバ | | |
| 製造番号 | K9210 | | |
| | | | |

| チェック項目 | 主な確認内容 | チェック(○×) |
|-----------|--|----------|
| 1 外観 | 筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。 | ○ |
| 2 起動動作 | POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。 | ○ |
| 3 SW設定 | SWの機能は正常か。 | ○ |
| 4 保管・出荷準備 | 水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。 | ○ |
| 5 確認シール | 動作確認済シールを貼る | ○ |
| | | |

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

マニュアルにてOPEN=全開 CONT=設定通り角度変化を確認、動作問題ないと考える。



操作説明書(無し)

修理・改造履歴

| 年月日 | 修理・改造記録 | 作業者 |
|-----|---------|-----|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

SIHRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2H]

検査担当者[横内]

ユーザー名 [

] 出荷日

年

月

日

