

管理番号

N30392

動作確認チェックシート

検査日	2023年 4月 11日	(機械の仕様・規格を記入する。)	
商品名	スパッタ装置	電源電圧	AC200v 8Kv
型式	CFS-4EP-LL	装置サイズ	1250x1000x1522
メーカー	芝浦メカトロニクス	ワークサイズ	φ 200
製造年	2001	ターゲット	3incx3
製造番号	FFT0142	電源	DC500wx2 RF500w

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 到達圧力、2x10⁻³Pa以下確認、DC/RF共に放電、出力変更も問題なし。
- 2 エッチング、放電OK。
- 3 ターボ、ロータリーポンプ動作問題なし。



操作説明書(有り)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[20H]

検査担当者[横内]

ユーザー名[] 出荷日 年 月 日

