

動作確認チェックシート

検査日	2024年11月7日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	恒温槽	電源電圧	三相200V		
型式	WU-200	周波数	(50 / 60)Hz		
メーカー名	エスベック	温度設定範囲	-40~85℃		
機械Ser.No	61000634				
製造年月	20005				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	△
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 槽内温度21.2℃、設定温度-40℃、約31分で-40℃以下確認。
- 槽内温度20℃、設定温度85℃、約19分で85℃確認。
- 過昇防止装置、扉開閉問題無し。
- パッキン等破損、EMSW破損、サービス期間終了。

EMSW破損



過昇防止装置問題無し。



パッキン等破損



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント) 条件付き

[責任者]

動作(OK) 作業工数[3.5 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

