

動作確認チェックシート

検査日	2025年 9月 26日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	任意波形発生器	電源電圧	単相 100 - 240V 400VA	任意波形AWG	
型式	AWG520	周波数	48 - 63 Hz	MARKER	1, 2
メーカー名	SONY-TEK	出力CH	CH 1, CH 2		
機械Ser.No	J3320119	基本波形 FG	sine,square,ramp	インターフェース	GPIB
製造年月	年 月		Triangle,DC		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

◎ SW類 ○ POWER, SETUP, APPL, EDIT, UTILITY, TOGGLE, ENTER, SHIFT, KNOB

○ ←, →, ↓, ↑, RUN, 0~9, CLR, BS印, ENTER印, CH1, CH2, ボトムサイドソフトSW, CLEAR MENU

○ (VERTICAL) OFFSET VOL, MENU, LEVEL SCAL

○ (HORIZONTAL) OFFSET VOL, MENU, SAMPLE RATE SCALE

○ (TRIGGER) LEVEL, TRIGGER MENU, FORCE, FORCE EVENT 確認




◎ 表示類 周波数表示, 出力電圧, 波形種類, STATUS, EDIT情報, その他

(LED) SETUP, APPL, EDIT, UTILITY, SHIFT, RUN, CH1, CH2, HDD 確認



◎ 動作 ○ FG SINE設定 2Vpp 500KHz

CH1表示

CH2表示



○ AWG 100KHz SINE 1Vpp absolute



取扱説明書(無)

500mVp 200KHz

500mVp 200KHz

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

管理入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[8H]

検査担当者[佐藤]

ユーザー名[]

出荷日 年 月 日

SELFTEST ALL PASSです。FLOPPY動作 OK

