

# 動作確認チェックシート

検査日	2024年 4月 5日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	コールドライト	電源電圧	AC100-120V	ランプ	JCR12V100W10H
型式	MegaLight100V	周波数	50/60Hz	本体外形サイズ	W176xD235xH20
メーカー名	ショット日本	照度	-		
機械Ser,No	A18050511	色温度	-	重量	約1.5kg
製造年月	年 月				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

①外観確認⇒問題なし。

多少汚れあり。



②通電確認

電源スイッチON/OFF⇒問題なし

ファン回転確認⇒異常音なし。




③動作確認

調光ボリュームにて照度変化確認



④ハロゲンランプ取付部⇒問題なし。



取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 3 H]

検査担当者[ 三科 ]

ユーザー名[ ] 出荷日 年 月 日

