

動作確認チェックシート

検査日	2023年8月18日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	デシケーター				
型式	SD-S	2ドア1室			
メーカー名	アズワン	キャスター付			
機械Ser,No	Lot,No,702924	外寸wxdxh	600x540x1760		
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
3 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
4		
5		
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 扉、アクリル板、金具、パッキン等ほぼ問題無し。

M5貫通螺子にロングナット点付け溶接し取付(ガス導入口)



φ5穴



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

