

管理番号

N30672

実体顕微鏡チェックシート

検査日	2024年10月29日
名称	実体顕微鏡
メーカー	Carton
型式	—
S/N	—
年式	— 年 — 月

【外観】



【仕様】

光学系	—	鏡筒	三眼鏡筒
	FCL9EX-N 9W型/電球100V 20W	各種フィルター	—
		ステージ	—
総合倍率(ズーム)	8x~40x	ステージストローク	—
ズーム範囲	0.8~4	レボルバー	—
		その他	
接眼レンズ	SW10x		


視野内画像

チェック項目

■ コンディション	評価
総合	光学系、メカ系問題なし。
外観	問題なし。
光学系	問題なし。
駆動系	問題なし。
照明	—

取扱説明書:無

【修理・改造履歴】



年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

【責任者】

動作:OK 作業工数[1.0 hr]

※照明は付属していません。

検査担当者[雨宮]

